

高压氧科设备检验登记

一年定期检验（ 年 月 日）

设备名称	数量	检验时间	有效期	检验结果	下次检验时间	签 字
氧舱			1 年			
测氧仪氧电极			18 个月			
安全阀			1 年			
心电监护仪			6 个月			
普通压力表			6 个月			
精密压力表			1 年			

三年定期检验（ 年 月 日）

设备名称	数量	检验时间	有效期	检验结果	下次检验时间	签 字
储气罐						
消防水罐						
油水分离器						
空气过滤器						